

医療法人 平心会 OCROMクリニック
医療関連機器精度管理記録一覧

(2024年8月1日現在)

分類	機器名	記録名	方法	頻度	記録保管場所
生理機能検査関連	自動血圧計	点検報告書	メーカー点検	1回/年	看護室
		機器点検表	自主点検	1回/日	看護室
		週課点検記録	自主点検	1回/週	看護室
	12誘導心電計	点検報告書	メーカー点検	1回/年	看護室
		心電図チャート(出力物)	自主点検	1回/日	看護室
		週課点検記録	自主点検	1回/週	看護室
	スパイロメータ	点検報告書	メーカー点検	使用時	看護室
		点検記録	自主点検	使用前(当日)	看護室
	超音波診断装置	点検報告書	メーカー点検	使用時	看護室
		点検記録	自主点検	使用前(当日)	看護室
	ブラダースキャナー	点検報告書	メーカー点検	使用時	看護室
		点検記録	自主点検	使用前(当日)	看護室
	尿流量計	点検報告書	メーカー点検	使用時	看護室
		精度管理記録	自主点検	使用前(当日)	看護室
パルスオキシメータ	点検記録	自主点検	使用前(当日)	看護室	
臨床検査関連	尿比重計	点検報告書	メーカー点検	1回/年	臨床検査室
	臨床検査外部委託先精度管理 外部委託先:①医療法人 平心会 大阪治験病院 ②株式会社 保健科学西日本	①品質保証施設認証書(日本臨床衛生検査技師会) ②日臨技臨床検査精度管理調査 施設別報告書 (日本臨床衛生検査技師会)	①精度管理調査実施 ②精度管理調査実施	①1回/2年 ①1回/年	臨床検査室
	遠心分離機	点検報告書	メーカー点検	1回/年	臨床検査室
放射線検査関連	一般X線撮影装置	点検報告書	メーカー点検	1回/年	看護室
	CR(コンピューテッドラジオグラフィ)装置	点検報告書	メーカー点検	使用時	看護室
		点検記録	自主点検	1回/週	看護室
眼科検査関連	スリットランプ(一式)	点検報告書	メーカー点検	1回/年	看護室
	アブラネーショントノメーター	点検報告書	メーカー点検	1回/年	看護室
	非接触眼圧計	点検報告書	メーカー点検	1回/年	看護室
		点検記録	自主点検	使用前(当日)	看護室
	投影式視力検査装置	点検記録	自主点検	使用時	看護室
	オートレフケラトメーター	点検報告書	メーカー点検	1回/年	看護室
		点検記録	自主点検	使用前(当日)	看護室
	無散瞳眼底カメラ	点検報告書	メーカー点検	1回/年	看護室
		点検記録	自主点検	使用前(当日)	看護室
	単眼倒像検眼鏡	使用前自主点検表	自主点検	使用前(当日)	看護室
自動視野計	点検報告書	メーカー点検	1回/年	看護室	
	点検記録	自主点検	使用前(当日)	看護室	
救急関連	手動式除細動器	点検報告書	メーカー点検	1回/年	看護室
		点検記録	自主点検	1回/月	看護室
	自動体外式除細動器(AED)	点検記録	自主点検	1回/月	看護室
		点検記録(ステータスインジケータチェック)	自主点検	1回/日	看護室
エマージェンシーカート	点検記録	自主点検	1回/月	看護室	

医療法人 平心会 OCROMクリニック
医療関連機器精度管理記録一覧

(2024年8月1日現在)

分類	機器名	記録名	方法	頻度	記録保管場所
保管設備関連	薬用冷蔵ショーケース(臨床検査室)※	冷蔵庫・フリーザー保守点検記録	自主点検	1回/月	臨床検査室
	フリーザー(臨床検査室)※	冷蔵庫・フリーザー保守点検記録	自主点検	1回/月	臨床検査室
	超低温フリーザー(臨床検査室)※	冷蔵庫・フリーザー保守点検記録	自主点検	1回/月	臨床検査室
	薬用冷蔵ショーケース(薬剤管理室)※	薬用冷蔵庫自主点検記録表	自主点検	1回/月	薬剤管理室
	※購入後9年経過した冷蔵庫・冷凍庫	点検報告書	メーカー点検	1回/年	臨床検査室・薬剤管理室
温度記録関連	デジタルハンディ温度計(臨床検査室)	監視用温度計点検記録	自主点検(校正用温度計と比較)	1回/年	臨床検査室
	デジタル最高最低温度計(臨床検査室)	監視用温度計点検記録	自主点検(校正用温度計と比較)	1回/年	臨床検査室
	校正用温度計(臨床検査室)	校正証明書	メーカー点検	1回/2年	臨床検査室
	温度ロガー(薬剤管理室)	校正証明書	新たな校正温度ロガーと交換	1回/年	薬剤管理室
	デジタル最高最低温度計(薬剤管理室)	校正証明書	新たな校正温度計と交換	1回/2年	薬剤管理室
その他	自動身長体重計	点検報告書	メーカー点検	1回/年	看護室
		証明書、機器に定期検査済証印のラベル貼付	大阪府計量協会による点検	1回/2年	看護室
		機器点検表	自主点検	1回/日	看護室
		週課点検記録	自主点検	1回/週	看護室
	電子体温計	—	新品交換	1回/年	—