

医療法人 平心会 大阪治験病院  
医療関連機器精度管理記録一覧

(2024年8月1日現在)

分類	機器名	記録名	方法	頻度	記録保管場所
生理機能検査関連	自動血圧計	点検報告書	メーカー点検	1回/年	看護室
		機器動作確認ファイル	自主点検	1回/月	看護室
		機器動作確認ファイル	自主点検	入院前日もしくは当日	看護室
	12誘導心電計	点検報告書	メーカー点検	1回/年	看護室
		機器動作確認ファイル	自主点検	使用前(当日)	看護室
	スパイロメータ	点検報告書	メーカー点検	使用時	臨床検査室
		スパイロメータ点検記録	自主点検	使用時1回/日・週・3か月	臨床検査室
	超音波診断装置	点検報告書	メーカー点検	使用時	看護室
睡眠ポリグラフィ装置	点検報告書	メーカー点検	使用時	看護室	
パルスオキシメータ	点検記録	自主点検	使用前(当日)	看護室	
臨床検査関連	血球計数装置	①点検報告書 ②精度管理・保守管理ノート ③品質保証施設認証書(日本臨床衛生検査技師会) ④臨床検査精度管理調査(日本医師会)	①メーカー点検 ②自主点検 ③精度管理調査実施 ④精度管理調査実施	①1回/年(生化学装置は年2回) ②1回/日 ③1回/2年 ④1回/年	臨床検査室
	ディスクリット方式臨床化学自動分析装置				
	粒子計測免疫測定装置				
	プレテスター				
	尿比重計	点検報告書	メーカー点検	1回/2年	臨床検査室
	臨床検査外部委託先精度管理 外部委託先:保健科学西日本	日臨技臨床検査精度管理調査 施設別報告書 (日本臨床衛生検査技師会)	精度管理調査実施	1回/年	臨床検査室
	遠心分離機	点検報告書	メーカー点検	1回/年	臨床検査室
	全自動遺伝子解析装置	①点検報告書 ②精度管理・保守管理記録	①メーカー点検 ②自主点検	①1回/年 ②使用時	臨床検査室
全自動核酸抽出システム	①点検報告書 ②精度管理・保守管理記録	①メーカー点検 ②自主点検	①1回/年 ②使用時	臨床検査室	
放射線検査関連	床走行式X線一般撮影装置	点検報告書	メーカー点検	1回/年	看護室
	CR(コンピューテッドラジオグラフィ)装置	点検報告書 点検記録	メーカー点検 自主点検	使用時 1回/週	看護室 看護室
眼科検査関連	スリットランプ(一式)	点検報告書	メーカー点検	1回/年	看護室
	アプラーネーションノメーター	点検報告書	メーカー点検	1回/年	看護室
	非接触眼圧計	点検報告書	メーカー点検	1回/年	看護室
		日常点検	自主点検	使用前(当日)	看護室
	投影式視力検査装置	視力使用前点検ファイル	自主点検	使用時	看護室
	オートレフケラトメーター	点検報告書	メーカー点検	1回/年	看護室
		機器動作確認ファイル	自主点検	使用前(当日)	看護室
無散瞳眼底カメラ	点検報告書	メーカー点検	1回/年	看護室	
単眼倒像検眼鏡	単眼倒像鏡点検ファイル	自主点検	使用前(当日)	看護室	
救急関連	手動式除細動器	点検報告書	メーカー点検	1回/年	看護室
		点検ファイル	自主点検	1回/月	看護室
	自動体外式除細動器(AED)	AED点検ファイル	自主点検	1回/月	看護室
		AED点検ファイル(ステータスインジケータチェック)	自主点検	1回/日	看護室
	エマージェンシーカート	点検ファイル	自主点検	1回/4日	看護室
	酸素吸入救急医療セット	点検ファイル	自主点検	1回/4日	看護室
電動式吸引器	-	自主点検	使用時	看護室	
薬用冷蔵ショーケース(臨床検査室)※	冷蔵庫・フリーザー保守点検記録	自主点検	1回/月	臨床検査室	
フリーザー(臨床検査室)※	冷蔵庫・フリーザー保守点検記録	自主点検	1回/月	臨床検査室	

医療法人 平心会 大阪治験病院  
医療関連機器精度管理記録一覧

(2024年8月1日現在)

分類	機器名	記録名	方法	頻度	記録保管場所
保管設備関連	超低温フリーザー(臨床検査室)※	冷蔵庫・フリーザー保守点検記録	自主点検	1回/月	臨床検査室
	薬用冷蔵ショーケース(薬剤管理室)※	薬用冷蔵庫・冷凍庫自主点検記録表	自主点検	1回/月	薬剤管理室
	冷凍冷蔵庫(薬剤管理室)※	薬用冷蔵庫・冷凍庫自主点検記録表	自主点検	1回/月	薬剤管理室
	※購入後9年経過した冷蔵庫・冷凍庫	点検報告書	メーカー点検	1回/年	臨床検査室・薬剤管理室
温度記録関連	デジタルハンディ温度計(臨床検査室)	監視用温度計点検記録	自主点検(校正用温度計と比較)	1回/年	臨床検査室
	デジタル最高最低温度計(臨床検査室)	監視用温度計点検記録	自主点検(校正用温度計と比較)	1回/年	臨床検査室
	校正用温度計(臨床検査室)	校正証明書	メーカー点検	1回/2年	臨床検査室
	温度ロガー(薬剤管理室)	校正証明書	新たな校正温度ロガーと交換	1回/年	薬剤管理室
	デジタル最高最低温度計(薬剤管理室)	校正証明書	新たな校正温度計と交換	1回/2年	薬剤管理室
その他	自動身長体重計	点検報告書	メーカー点検	1回/年	看護室
		証明書、機器に定期検査済証印のラベル貼付	大阪府計量協会による点検	1回/2年	看護室
		機器動作確認ファイル	自主点検	使用前(当日)	看護室
	電子体温計	-	新品交換	1回/年	-